

Dräger-Info Neue Freigaben für die Rückfettung der Lungenautomaten

März 2025



Neue Freigaben für die Rückfettung von Dräger Lungenautomaten

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir aufgrund anhaltender Lieferschwierigkeiten des Herstellers des bisher freigegebenen Rüscht Silkosprays 500 ml (Sachnummer 1563343) nun ein weiteres Mittel für die Rückfettung der von Dräger hergestellten Lungenautomaten (PSS) qualifizieren konnten.

Nach intensiven Materialverträglichkeitsprüfungen möchten wir Sie in diesem Zuge über Folgendes informieren:

Ab sofort sind folgende Mittel für die Rückfettung der von Dräger hergestellten Lungenautomaten freigegeben:



Bezeichnung	Sachnummer	Verpackungseinheit
medimex Silikon spray	1563343	1 Dose à 500 ml
Rüscht Silkospray	1563343	1 Dose à 500 ml

Alle von Dräger freigegebenen Mittel zur Rückfettung können so lange verwendet werden, wie sie am Markt verfügbar sind.

Da es sich bei beiden Sprays um Medizinprodukte mit wiederkehrender Zulassung gemäß Medizinprodukteverordnung (MDR) handelt, können zukünftige Lieferschwierigkeiten der einzelnen Hersteller nicht ausgeschlossen werden.

Auf dieser Grundlage erfolgt die Belieferung der Sachnummer 1563343 zukünftig je nach Verfügbarkeit mit einem der beiden oben aufgeführten Produkte.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und stehen Ihnen bei weiteren Fragen jederzeit zur Verfügung.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel 0800 882 883 0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com